

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СТА"

Место нахождения: Россия, Московская область, 143930, город Балашиха, мкр. Салтыковка, шоссе Разинское, дом 69, офис 414, помещ. 136, адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 143930, город Балашиха, мкр. Салтыковка, шоссе Разинское, дом 69, офис 414, основной государственный регистрационный номер: 1227700550681, номер телефона: +74957924924, адрес электронной почты: info@stacom.ru

в лице Генерального директора Курноскина Алексея Владимировича

заявляет, что Стационарные газоанализаторы СТА, модель: СТА-С, СТА-СЕ, СТА -К1, СТА-КД1, СТА-КД2, СТА-КД3, маркировка СТА

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "СТА". Место нахождения: Россия, Московская область, 143930, город Балашиха, мкр. Салтыковка, шоссе Разинское, дом 69, офис 414, помещ. 136, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 143930, город Балашиха, мкр. Салтыковка, шоссе Разинское, дом 69, офис 414.

Продукция изготовлена в соответствии с СТБЛ 2771.00.000.000ТУ Газоанализаторы СТА.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027101000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № ИЛ13-70974, ИЛ13-70975 от 25.09.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32623.ИЛ13.


Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)"; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Условия и срок хранения (службы, годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 09.01.2025.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2030 включительно

(подпись)



Курноскин Алексей Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.63738/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.10.2025